



Minuta de la Reunión de la Comisión de Salud Pública

Fecha: 09 Septiembre 2014

Lugar: Sala de Cabildo

Hora de Inicio: 9:00 Hrs.

Hora de Término: 10:00 Hrs.

MIEMBROS DE LA COMISION:

Coordinadora de la Comisión: Regidora Evangelina Mercado Aguirre

Secretaria de la Comisión: Regidora María Griselda Rodríguez Alvírez

Vocal de la Comisión: Regidora Zuri Sadday Medina Reyes

ASISTENTES:

Francisco de la Torre Chacón

Asesor Regidores Fracción PAN

ORDEN DEL DIA:

- La Regidora Mercado agradece la asistencia de los miembros de la Comisión y asistentes a la reunión, así mismo solicita la dispensa para la lectura del acta de la reunión anterior.
- Para esta reunión la Regidora Mercado informará los resultados en relación a la visita que hizo al Centro Radiológico ubicado en el Centro Comunitario Francisco Villarreal el pasado ocho de septiembre de los corrientes:

Propósito de la Visita: Conocer de primera mano la situación del equipo médico instalado para la realización de exámenes de Mastografía, Sonogramas y Rayos X's.

Evidencias a destacar:

Equipo de Mastografía

- Descompuesto desde Diciembre de 2013, se informa que debido a un apagón general por el cambio de transformadores realizado por la CFE en la Colonia Tierra nueva. Desde esa fecha el equipo de escaneo de discos dejó de funcionar.



Esta situación se reportó al Director de Centros Comunitarios.

Se informa que cada mes la CFE corta la energía eléctrica por no pagar a tiempo el recibo, se presume que debido a estos cortes afectan el funcionamiento del equipo.

En los POA's no se presupuestó mantenimiento preventivo ni correctivo.

Al revisar el contrato de compra-venta no se estableció servicio postventa.

El técnico radiólogo informa que se tenía un año de garantía y ésta expiró.

A la fecha no se ha contactado a la empresa GE para que mande personal a la revisión del daño que tiene el equipo.

Destacar que la inversión que el Municipio realizó para este equipo sobrepasa los 11 millones de pesos.

El equipo tiene diez meses sin uso, esto representa dejar sin exámenes en promedio a mil mujeres en lo que va del período.

La operación técnica del equipo la realiza un técnico radiólogo que fue capacitado por la empresa General Electric y se le certificó en su operación y especificidades técnicas.

El técnico radiólogo informa que el cuarto donde se opera el mastógrafo está plomado de acuerdo a la NOM; sin embargo la COESPRIS en diciembre pasado solicitó no operarlo hasta renovar la licencia para su uso (este hecho coincide con el apagón general de electricidad). Se destaca que el técnico radiólogo tiene una afectación en su salud por las irradiaciones del equipo, ya que no contaba con uniforme protector para reducir al mínimo los riesgos, a la vez nos informa que le hicieron llegar un mandil protector usado y con rastros de plomo quebradizo.

General Electric dejó manuales del equipo en mención pero en idioma inglés, alemán, portugués y chino; sin embargo ninguno en español.

- Equipo Sonograma:

El Doctor encargado nos informa que esta semana dejó de funcionar y fue reportado a la Dirección de Centros Comunitarios. De acuerdo al Doctor



El encargado del centro comenta que si existe presupuesto para arreglar la falla y a la fecha no han pasado a arreglarlo. Cabe destacar que por cada día, se pierden doce exámenes de embarazadas.

- Equipo de Rayos X's

Se encuentra funcionando de manera estable y el cuerto cumple con los estándares de la NOM.

Se detectó una gotera en el área que ya ha sido reportada en varias ocasiones y no se ha arreglado, de seguir esta situación puede provocar más fisuras en el techo y aumenta la posibilidad de dañar el equipo.

OPCIONES:

- Informar al C. Alcalde respecto a esta situación.
- Buscar la posibilidad con la CFE en dos sentidos: a) Un convenio para no realizar cortes de energía aunque no se haya pagado el servicio y b) Responsabilizarlos por la afectación al equipo de mastografía y su reparación lo antes posible.
- Los miembros de la Comisión acuerdan que la Regidora Mercado solicite una reunión este día con el C. Alcalde para informarle esta situación y ver qué plan de acción se tomaría.

ASUNTOS GENERALES

La Regidora Mercado comenta que en la siguiente sesión de esta Comisión se citará al Dr. González Calleros. Director General de Centros Comunitarios y definir acciones concretas.

